



बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

क्रमांक: 1810/भण्डार/2016

भोपाल, दिनांक 02/3/16

फुरियर ट्रान्सफार्म इनफ्रारेड स्पेक्ट्रोफोटोमीटर क्रय की निविदा वर्ष-2016
TENDER FOR PURCHASE OF FTIR SPECTROPHOTOMETER-2016

बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल फार्मसी विभाग हेतु फुरियर ट्रान्सफार्म इनफ्रारेड स्पेक्ट्रोफोटोमीटर क्रय हेतु खुली निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा प्रपत्र का मूल्य रुपये 1,000=00 मात्र है, जो किसी बैंक के ड्राफ्ट द्वारा कुलसचिव, बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल के पक्ष में देय होना चाहिए। निविदा से संबंधित समस्त जानकारी, निविदा प्रपत्र एवं शर्तों को विश्वविद्यालय की वेब साइट www.bubhopal.nic.in से डाउनलोड किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त अन्य माध्यम से यह अभिलेख प्राप्त नहीं होगा। सीलबन्द निविदाएं केवल रजिस्टर्ड डाक/स्पीड पोस्ट/कोरियर द्वारा दिनांक 26-3-16 तक (कार्यालयीन समय में) विश्वविद्यालय में प्राप्त की जाएंगी।

लिफाफे के ऊपर स्पष्टतः "फुरियर ट्रान्सफार्म इनफ्रारेड स्पेक्ट्रोफोटोमीटर क्रय की निविदा वर्ष-2016" अंकित होना चाहिए तथा इसे उपकुलसचिव (भण्डार), बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल, होसंगाबाद रोड, भोपाल-462028 के पते पर भेजा जाना चाहिए।

कार्यवाहक कुलसचिव

(2)
बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

"फुरियर ट्रान्सफार्म स्पेक्ट्रोफोटोमीटर क्रय की निविदा वर्ष 2016"

भाग - 1

निविदा आवेदन एवं प्रक्रिया संबंधी जानकारी

- 1.1 निविदा प्रपत्र बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल की वेब साइट www.bubhopal.nic.in से डाउनलोड करें।
- 1.2 फुरियर ट्रान्सफार्म स्पेक्ट्रोफोटोमीटर क्रय की निविदा को तीन लिफाफा पद्धति से प्रस्तुत किया जाना है।
 - (क) लिफाफा "अ" - जमा राशि (सुरक्षा निधि एवं निविदा प्रपत्र का मूल्य एवं प्रपत्र "ए-0", "ए-1")
 - (ख) लिफाफा "ब" - तकनीकी विवरण
 - (ग) लिफाफा "स" - वित्तीय विवरण (वर्ग)
- 1.3 प्रत्येक लिफाफे के ऊपर स्पष्टतः लिफाफा "अ" / लिफाफा "ब" / लिफाफा "स" अंकित होना चाहिए।
- 1.4 उपरोक्त तीनों लिफाफों को एक बड़े लिफाफे में रखें जिसके ऊपर लिखें -
"फुरियर ट्रान्सफार्म इनफ्रारेड स्पेक्ट्रोफोटोमीटर क्रय की निविदा वर्ष 2016"
- 1.5 निविदाएँ उपकुलसचिव, (भण्डार) बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, होशंगाबाद रोड, भोपाल के पते पर केवल स्पीड पोस्ट / रजिस्टर्ड डाक / कोरियर द्वारा ही स्वीकार की जायेंगी।
- 1.6 निविदा प्राप्ति की अंतिम दिनांक: _____ (कार्यालयीन समय में) है।
- 1.7 निविदा जमा करने की अंतिम दिनांक एवं समय के पश्चात प्रस्तुत किये किसी भी प्रपत्र को प्रक्रिया में शामिल नहीं किया जायेगा।
- 1.8 अंतिम दिनांक के पश्चात अगले कार्य दिवस पर दोपहर 03:00 बजे निविदाएँ खोली जायेंगी।
- 1.9 यदि निविदा खुलने की दिनांक को अवकाश घोषित हो जाता है अथवा समिति के सदस्य उपस्थित नहीं हो पाते हैं तो आगामी कार्यदिवस पर उन्हें खोला जायेगा।
- 1.10 **प्रक्रिया-1:** सर्वप्रथम लिफाफा "अ" सुरक्षा निधि, निविदा प्रपत्र का मूल्य एवं चेक लिस्ट प्रपत्र "ए-0" एवं "ए-1" का लिफाफा खोला जायेगा।
 - 1.101 "अ" लिफाफे में प्रपत्र "ए-0", "ए-1" एवं निविदा जारी होने की दिनांक के बाद बने दो बैंक ड्राफ्ट (कुलसचिव, बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल के पक्ष में देय) होना चाहिए।
 - (क) निविदा प्रपत्र का मूल्य रुपये 1,000=00 (रुपये एक हजार मात्र) हैं।
 - (ख) सुरक्षा निधि रुपये 60,000=00 (रुपये साठ हजार मात्र) हैं।
 - 1.102 दोनों ड्राफ्टों के पीछे फर्म की सील होनी चाहिए तथा **"फुरियर ट्रान्सफार्म इनफ्रारेड स्पेक्ट्रोफोटोमीटर क्रय की निविदा वर्ष 2016"** लिखा होना चाहिए।
 - 1.103 उपरोक्तानुसार सही ड्राफ्ट तथा प्रपत्र "ए-0", "ए-1" मिलने पर ही फर्म को प्रक्रिया-2 के लिए योग्य माना जायेगा। उपरोक्त ड्राफ्ट लिफाफा "अ" में न रख कर अन्य लिफाफे में रखने पर या सही नाम या राशि का ड्राफ्ट न बनाने पर भी निविदा निरस्त मानी जावेगी एवं प्रक्रिया-2 के लिए मान्य नहीं की जावेगी। (संलग्न करें प्रपत्र "ए-0", "ए-1")
- 1.11 **प्रक्रिया-2:** तत्पश्चात लिफाफा "ब" तकनीकी लिफाफा खोला जायेगा। इसमें प्रपत्र "ए-2", "ए-3", होना अनिवार्य हैं। इस लिफाफे में प्राप्त समस्त दस्तावेजों की सूक्ष्म जांच की जावेगी तथा समिति की रिपोर्ट के अनुसार जो फर्म समस्त शर्तों को पूर्ण करेगी सिर्फ उन्हें ही प्रक्रिया 3 के लिए योग्य माना जावेगा। (संलग्न करें प्रपत्र "ए-2", "ए-3")
- 1.12 **प्रक्रिया-3 :** तत्पश्चात उपरोक्त प्रक्रिया 2 में योग्य पायी जाने वाली फर्मों का ही वित्तीय निविदा लिफाफा "स" खोला जावेगा। लिफाफा "स" में प्रपत्र "ए-4" भी होना अनिवार्य हैं। (प्रपत्र "ए-4")

(3)

भाग - 2

निविदा की अहकारी शर्तें

- 2.1 निविदा में भाग लेने वाली फर्म किसी भी शासकीय संस्था से कभी भी ब्लेक लिस्टेड नहीं होना चाहिए। इस बाबत निविदाकर्ता फर्म को मूल शपथ पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है जो ₹0 100=00 के स्टाम्प पेपर पर नोटरी द्वारा सत्यापित कर विधिवत प्रस्तुत किया जाय। शपथ पत्र का प्रारूप संलग्न है।
- 2.2 निविदा प्रपत्र एवं संलग्न प्रपत्रों के प्रत्येक पृष्ठ पर निविदाकर्ता द्वारा फर्म की मोहर लगाकर हस्ताक्षर करें। किसी भी प्रपत्र पर फर्म की मोहर एवं हस्ताक्षर न होने पर उसे संलग्न न किया माना जावेगा।
- 2.3 (क) वैध एसटी0 (TIN) नंबर की छाया प्रति संलग्न करें। (लिफाफा "ब")
(ख) आयकर (PAN) नंबर की छाया प्रति संलग्न करें। (लिफाफा "ब")
(ग) वैध रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र की छाया प्रति संलग्न करें। (लिफाफा "ब")
- 2.4 निविदाकर्ता को "फूरियर ट्रान्सफार्म इनफ्रारेड स्पेक्ट्रोफोटोमीटर" निर्माता कम्पनी का अधिकृत डीलर होने का प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक है। यह पत्र कुलसचिव, बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल को संबोधित होना चाहिए।
- 2.5 निविदाकर्ता को उपकरण का गारंटी/वारंटी प्रमाण पत्र भी देना आवश्यक है।
- 2.6 निविदा केवल निर्धारित प्रपत्र में ही स्वीकार की जावेगी। प्रपत्र का मूल्य रुपये 1,000=00 वापसी योग्य नहीं है।



(4)

भाग - 3
निविदा की अन्य शर्तें

- 3.1 उपकरण स्वीकृत स्पेसिफिकेशन के अनुसार प्रदान करने पर ही स्वीकार की जावेगी। आदेशित सामग्री स्पेसिफिकेशन के अनुरूप न होने या निर्धारित गुणवत्ता से कम होने पर निविदादाता को उनके व्यय पर वापस की जाएगी।
- 3.2 उपकरण के प्रत्येक बिन्दु का तकनीकी अनुपालन मुद्रित तथा प्रमाणित दस्तावेज निविदा के साथ संलग्न किया जाना चाहिए।
- 3.3 "फुरियर ट्रान्सफार्म इनफ्रारेड स्पेक्ट्रोफोटोमीटर" प्रदाय की दरें F.O.R. बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल होगी।
- 3.4 दरें कर रहित (Without tax) होगी। यदि कर लागू हो तो उसका अलग से कर की दर सहित उल्लेख करें। इसकी जानकारी निविदा प्रपत्र में दें।
- 3.5 जो निविदा मान्य नहीं होगी उनकी सुरक्षा निधि के ड्राफ्ट मूलतः लौटा दिए जायेंगे।
- 3.6 स्वीकृत/अस्वीकृत निविदा के साथ जमा की गई धरोहर राशि पर किसी भी प्रकार का ब्याज देय नहीं होगा।
- 3.7 अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति प्रवर्ग के निविदाकर्ता सीलबन्द निविदा के ऊपर एवं निविदा प्रपत्र के ऊपर स्पष्ट रूप से वर्ग अंकित करें एवं अपने विशेष पंजीयन की प्रतिलिपि अवश्य लगाएं।
- 3.8 निविदा पूर्ण या आंशिक रूप से स्वीकृत/अस्वीकृत करने तथा किसी भी स्तर पर बिना कारण बताए निरस्त करने का पूर्ण अधिकार बरकतउल्ला विश्वविद्यालय के पास सुरक्षित रहेगा।
- 3.9 निविदा की शर्तों में किसी प्रकार की छूट नहीं दी जावेगी।
- 3.10 निविदा प्रक्रिया के संबंध में किसी भी प्रकार की व्याख्या (Interpretation) का प्रश्न उपस्थित होने पर कुलपति बरकतउल्ला विश्वविद्यालय का निर्णय अंतिम होगा।
- 3.11 निविदा विषयक विवाद में Sole Arbitrator कुलपति, बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल होंगे।
- 3.12 न्यायालयीन विवाद की स्थिति में क्षेत्राधिकार भोपाल न्यायालय होगा।

(5)

भाग - 4(अ)
सामग्री का विवरण

4.1 फूरियर ट्रान्सफॉर्म इन्फ्रारेड स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का स्पेसिफिकेशन निम्नानुसार होना चाहिए:-

TECHNICAL SPECIFICATION

FTIR (Fourier Transform Infrared) SPECTROPHOTOMETER

Wavenumber Range : 6000 to 500 cm^{-1}
Wavenumber Accuracy : 0.01 cm^{-1}
Resolution : 0.8 cm^{-1} to 64 cm^{-1} continuously variable.
Optics : Should be ZnSe Beamsplitter & Windows. It should have capability to suite all kind of atmosphere in the laboratory including High Humid atmosphere using ZnSe Optics and not necessary to keep system "ON" for 24 hours.
Front surface mirror & optics should be Gold Coated.
Interferometer : Should be stable and immune to Tilt & Shear. It should allow free movement of the instrument without service engineer's involvement.
It should have facility to check whole system including all major components like Interferometer, Laser, Source, accessories etc in real time for its best working conditions.
It should have facility to check the system validation at user defined interval or as an when system switched on using build in polystyrene film.
Warranty on Interferometer should be minimum 10 years.
Laser : Diod Laser with minimum 10 years warranty.
Source : IR source with 5 Year warranty.
Detector : Room Temperature Stabilized DTGS Detector.
System should perform OQ/PQ on start of system as well as on Accessory Exchange with built in polystyrene film.
Software should be password protected with multiple user login facility and must come with Free Starter Library.
It should be fully controlled through PC & software having facility to perform comparison study for purity, search with user generated library and Quantative study.
ATR(ZnSe) required for analysing liquid, power, gel, paste, thin films stoppers etc without any sample preparation.

फर्म के अधिकृत हस्ताक्षर एवं सील

(6)

भाग - 4(ब)
तकनीकी चेक लिस्ट

FTIR (Fourier Transform Infrared) SPECTROPHOTOMETER

S.NO	SPECIFICATION	YES	NO	ANNEXURE NO	POINT NO
01	Wavenumber Range : 6000 to 500 cm^{-1}				
02	Wavenumber Accuracy : 0.01 cm^{-1}				
03	Resolution : 0.8 cm^{-1} to 64 cm^{-1} continuously variable.				
04	Optics : Should be ZnSe Beamsplitter & Windows. It should have capability to suite all kind of atmosphere in the laboratory Including High Humid atmosphere using ZnSe Optics and not necessary to keep system "ON" for 24 hours.				
05	Front surface mirror & optics should be Gold Coated.				
06	Interferometer : Should be stable and immune to Tilt & Shear. It should allow free movement of the instrument without service engineer's involvement.				
07	It should have facility to check whole system including all major components like Interferometer, Laser, Source, accessories etc in real time for its best working conditions.				
08	It should have facility to check the system validation at user defined interval or as an when system switched on using build in polystyrene film.				
09	Warranty on Interferometer should be minimum 10 years.				
10	Laser : Diod Laser with minimum 10 years warranty.				
11	Source : IR source with 5 Year warranty.				
12	Detector : Room Temperature Stabilized DTGS Detector.				
13	System should perform OQ/PQ on start of system as well as on Accessory Exchange with built in polystyrene film.				
14	Software should be password protected with multiple user login facility and must come with Free Starter Library.				
15	It should be fully controlled through PC & software having facility to perform comparison study for purity, search with user generated library and Quantative study.				
16	ATR(ZnSe) required for analysing liquid, powder, gel, paste, thin films stoppers etc without any sample preparation.				

फर्म के अधिकृत हस्ताक्षर एवं सील



(7)

लिफाफा 'अ' में संलग्न करें

प्रपत्र ए-0
चैक लिस्ट

सं० क्र०	विवरण	जिस लिफाफे में संलग्न किया है।		
		'अ'	'ब'	'स'
		☒	☒	☒
01	निविदा प्रपत्र के मूल्य की राशि का बैंक का ड्राफ्ट रुपये 1,000=00 जो कि कुलसचिव, बरकतउल्ला वि०वि०, भोपाल के नाम देय है।			
02	सुरक्षा निधि की राशि का बैंक का ड्राफ्ट रु० 60,000=00 जो कि कुलसचिव, बरकतउल्ला वि०वि०, भोपाल के नाम देय है।			
03	उक्त ड्राफ्टों के पीछे लिखा है। "फुरियर ट्रान्सफार्म इनफ्रारेड स्पेक्ट्रोफोटोमीटर क्रय की निविदा वर्ष-2016" एवं फर्म की सील लगी है।	हाँ नहीं		
04	संस्था का ब्लैक लिस्टेड नहीं होने का नोटरी से सत्यापित रु० 100=00 का मूल शपथ पत्र संलग्न प्रारूप अनुसार			
05	उपकरण के प्रत्येक बिन्दु का तकनीकी अनुपालन मुद्रित तथा प्रमाणित दस्तावेज निविदा के साथ संलग्न है।			
06	प्रपत्र ए-1 (निविदा प्रपत्र एवं सुरक्षा निधि)			
07	प्रपत्र ए-2 (संलग्नक पृष्ठ क्र०)			
08	प्रपत्र ए-3 (निविदा प्रपत्र)			
09	प्रपत्र ए-4 (वित्तीय निविदा)			
10	उपकरण का गारंटी/वारंटी प्रमाण पत्र			
11	उपकरण प्रदाय का अधिकृत डीलर/निर्माता होने का प्रमाण-पत्र			
12	संलग्न निविदा के प्रत्येक प्रपत्र पर अधिकृत हस्ताक्षर एवं सील अंकित है	हाँ नहीं		
13	वैध एस०टी० (TIN) नंबर की छाया प्रति			
14	आयकर नम्बर की छाया प्रति			
15	फर्म का वैध रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र की छाया प्रति			

फर्म के अधिकृत हस्ताक्षर एवं सील

(8)

लिफाफा 'अ' में संलग्न करें

प्रपत्र ए-1
(निविदा प्रपत्र राशि एवं सुरक्षा निधि)

प्रति,

कुलसचिव,

बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

विषय:-

निविदा प्रपत्र राशि एवं सुरक्षा निधि की राशि बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत हमारे द्वारा लिफाफा 'अ' में दो ड्राफ्ट संलग्न है जो कि कुलसचिव, बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल के पक्ष में देय हैं। जिसका विवरण निम्नानुसार है:-

- (1) निविदा राशि का ड्राफ्ट मूल्य रुपये 1000=00 (रुपये एक हजार मात्र)

बैंक का नाम _____

बैंक ड्राफ्ट क्रमांक _____

बैंक ड्राफ्ट दिनांक _____

- (2) सुरक्षा निधि की राशि का ड्राफ्ट

मूल्य रुपये 60,000=00 (रुपये साठ हजार मात्र)

बैंक का नाम _____

बैंक ड्राफ्ट क्रमांक _____

बैंक ड्राफ्ट दिनांक _____

प्रत्येक ड्राफ्ट के पीछे लिखा है:-

क-"फुरियर ट्रान्सफार्म इनफ्रारेड स्पेक्ट्रोफोटोमीटर क्रय की निविदा वर्ष-2016"

ख-फर्म की सील

फर्म के अधिकृत हस्ताक्षर एवं सील

(9)

लिफाफा 'ब' में संलग्न करें

प्रपत्र ए-2
तकनीकी जानकारी

प्रति,

कुलसचिव,

बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

विषय:-

"फुरियर ट्रान्सफार्म इनफ्रारेड स्पेक्ट्रोफोटोमीटर क्रय की निविदा बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत हमारे द्वारा लिफाफा 'ब' में निम्न दस्तावेज संलग्न है।

सं० क्र०	विवरण	संलग्नक पृष्ठ क्र०	
		से	तक
1	टेंडर फॉर्म प्रपत्र "ए-3"		
2	ब्लेक लिस्ट न होने का मूल शपथ पत्र संलग्न प्रारूप अनुसार		
3	उपकरण का गारंटी/वारंटी प्रमाण पत्र		
4	फुरियर ट्रान्सफार्म इनफ्रारेड स्पेक्ट्रोफोटोमीटर प्रदाय का अधिकृत डीलर/निर्माता होने का प्रमाण पत्र		
5	उपकरण के प्रत्येक बिन्दु का तकनीकी अनुपालन मुद्रित तथा प्रमाणित दस्तावेज निविदा के साथ संलग्न है।		
6	प्रमाण पत्र		
	प्रमाण पत्र	नंबर	
(क)	मान्य एवं वैध एस0टी0 (TIN)		
(ख)	पैन (PAN)		
(ग)	मान्य एवं वैध रजिस्ट्रेशन (Registration)		

फर्म के अधिकृत हस्ताक्षर एवं सील

(10)

लिफाफा 'ब' में संलग्न करें

प्रपत्र ए-3
(निविदा प्रपत्र)

प्रति,

कुलसचिव,

बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

विषय:-

फुरियर ट्रान्सफार्म इनफ्रारेड स्पेक्ट्रोफोटोमीटर क्रय की निविदा वर्ष 2016 बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि हमारी संस्था की जानकारी निम्नानुसार है:-

सं० क्र०	विवरण	
01	फर्म का नाम	
02	पत्र व्यवहार का पता	
03	फर्म के प्रतिनिधि का नाम	
04	पदनाम	
05	दूरभाष नम्बर (मोबाईल एवं लैन्डलाइन)	

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि निविदा के भाग "1", "2", "3" "4" में दर्शित शर्तों के अनुसार विश्वविद्यालय में "फुरियर ट्रान्सफार्म इनफ्रारेड स्पेक्ट्रोफोटोमीटर" प्रदाय करने का हेतु अपनी सहमति प्रदान करते हैं।

फर्म के अधिकृत हस्ताक्षर एवं सील

(11)

लिफाफा 'ब' में संलग्न करें

शपथ पत्र

- मैं _____ द्वारा प्रोपराईटर मेसर्स _____
- निम्नलिखित कथन शपथ लेकर कहता हूँ कि:-
- (1) यह कि फर्म को किसी भी शासकीय संस्था / उपक्रम से कभी भी ब्लैक लिस्टेड नहीं किया गया है।
 - (2) यह कि फर्म का निविदा में दिए उपकरण प्रदाय के सम्बन्धी में कोई कानूनी विवाद न्यायालय में लम्बित नहीं है।
 - (3) यह कि फर्म पर किसी शासकीय संस्था / उपक्रम की देनदारी शेष नहीं है।
 - (4) यह कि निविदा में प्रस्तुत अथवा शपथ पत्र में पाई गई जानकारी असत्य पाये जाने पर मेरी निविदा को निरस्त करने का अधिकार बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल को होगा।

शपथग्रहिता

सत्यापन

- मैं उपरोक्त शपथग्रहिता सत्यापित करता हूँ कि मेरे द्वारा निष्पादित उक्त शपथ पत्र के बिन्दु (1) से (4) में वर्णित कथन मेरे निजी ज्ञान व विश्वास अनुसार पूर्ण सत्य हैं।

शपथग्रहिता



(12)

लिफाफा 'स' में संलग्न करें

प्रपत्र ए-4
(वित्तीय निविदा)

फूरियर ट्रांसफार्म इन्फ्रारेड स्पेक्ट्रोफोटोमीटर क्रय की वित्तीय निविदा

प्रदाय उपकरण का विवरण	दर रुपये प्रति यूनिट
1 FOURIER TRANSFORM INFRARED SPECTROPHOTOMETER AS PER TECHNICAL SPECIFICATION IN GIVEN IN PART-4	अंको में रु. _____ (शब्दों में) रु. _____
2 Separate Rates to be quoted for other sampling accessories like: (1) Hydraulic Press, Rs. _____ (2) Liquid cell with KBr windows, Rs. _____ (3) Pallet Holder, Rs. _____ (4) Agate-Mortar, Rs. _____ (5) Die, Rs. _____ (6) Dry Box for liquid cell. Rs. _____	अंको में रु. _____ (शब्दों में) रु. _____
3 Online UPS with 30 minut Backup 5KVA	अंको में रु. _____ (शब्दों में) रु. _____
4 FTIR Spectra Library As per Technical specification	अंको में रु. _____ (शब्दों में) रु. _____

नोट:- दर बगैर कर की अंकित की जाये। वेट एवं अन्य कर यदि लागू हो उसका विवरण अलग से दें।

1- कर का नाम _____ कर की दर _____
 2- कर का नाम _____ कर की दर _____
 3- कर का नाम _____ कर की दर _____
 4- अन्य कर का नाम _____ कर की दर _____

फर्म के अधिकृत हस्ताक्षर एवं सील

प्रतिनिधि का नाम _____

फर्म का नाम _____